

官方电话：400-1882-51

ICS 71.100.20
G 86



中华人民共和国国家标准

GB/T 14600—2009
代替 GB/T 14600—1993

电子工业用气体 氧化亚氮



Gas for electronic industry—Nitrous Oxide

尚澜能源
SHANGLAN ENERGY

2009-10-30 发布

2010-05-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会发布

前　　言

本标准代替 GB/T 14600—1993《电子工业用气体 氧化亚氮》。

本标准与 GB/T 14600—1993 相比主要变化如下：

- 修改电子工业用氧化亚氮的适用范围(GB/T 14600—1993 的第 1 章,本版的第 1 章);
- 修改规范性引用文件(GB/T 14600—1993 的第 2 章,本版的第 2 章);
- 修改技术指标内容(GB/T 14600—1993 的第 3 章,本版的第 3 章);
- 增加电子工业用氧化亚氮采样安全要求(见 4.1.2);
- 增加尾气处理的要求(见 4.3);
- 修改一氧化碳、二氧化碳、烃 C₁~C₅、氮、氧含量检验方法的检测限和标准样品的规定(GB/T 14600—1993 的 4.4、4.5、4.6、4.7、4.8,本版的 4.5、4.6、4.7、4.8);
- 修改水分含量的检验方法(GB/T 14600—1993 的 4.7,本版的 4.11);
- 修改标志、包装、贮运及安全(GB/T 14600—1993 的第 6 章、第 7 章,本版的第 5 章)。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会气体分技术委员会归口。

本标准起草单位:中国计量科学研究院、西南化工研究设计院、大连光明化工研究院。

本标准主要起草人:周泽义、孙福楠、周鹏云。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 14600—1993。



电子工业用气体 氧化亚氮

1 范围

本标准规定了氧化亚氮的技术要求、试验方法以及包装、标志、贮运及安全。

本标准适用于电子工业中化学气相沉积工艺。

分子式： N_2O 。

相对分子质量：44.012 8(按2005年国际相对原子质量计算)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 190 危险货物包装标志

GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则

GB 5099 钢质无缝气瓶(GB 5099—1994, neq ISO 4705:1993)

GB 7144 气瓶颜色标志

GB/T 8984 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法

GB 11640 铝合金无缝气瓶

GB 14193 液化气体气瓶充装规定

气瓶安全监察规程

3 技术要求

氧化亚氮的质量应符合表1的要求。

表1 技术指标

项 目	指 标	
氧化亚氮(N_2O)纯度(体积分数)/10 ⁻² ≥	99.999 4	99.997
二氧化碳(CO_2)含量(体积分数)/10 ⁻⁶ <	0.5	2
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10 ⁻⁶ <	0.1	1
烃 $C_1 \sim C_5$ (以甲烷计)含量(体积分数)/10 ⁻⁶ <	0.1	1
氮(N_2)含量(体积分数)/10 ⁻⁶ <	3	10
氧(O_2)含量(体积分数)/10 ⁻⁶ <	0.5	2
水(H_2O)含量(体积分数)/10 ⁻⁶ <	1.0	3
氨(NH_3)含量(体积分数)/10 ⁻⁶ <	供需双方商定	5
一氧化氮(NO)含量(体积分数)/10 ⁻⁶ <	供需双方商定	1
二氧化氮(NO_2)含量(体积分数)/10 ⁻⁶ <	供需双方商定	1
杂质总含量(体积分数)/10 ⁻⁶ ≤	5.5	25

注：质量保证期为36个月。

仪器检测限的体积分数： 0.05×10^{-6} 。

4.7 氮和氧的测定

4.7.1 仪器

采用配备氮离子化检测器气相色谱仪测定氧化亚氮中氮和氧。

检测限的体积分数： 0.05×10^{-6} 。

4.7.2 原理

基于潘宁效应(Penning effect)，即电子与稀有气体碰撞形成亚稳态原子，该亚稳态原子的激发能传递到样品分子或原子；如果样品分子或原子的电离电位(IP)小于亚稳态原子的激发电位，样品将通过碰撞被电离，使离子流增大。

4.7.3 测定条件

载气：高纯氮，其流速参照相应的仪器说明书。

辅助气：需要采用辅助气的仪器按仪器说明书使用辅助气。

色谱柱：长约 1.5 m，内径 4 mm 的不锈钢管，内装粒径为 0.25 mm~0.4 mm 的 5A 分子筛，或其他等效色谱柱。

其他条件：载气净化器温度、色谱柱温度、检测器温度、样气流量等其他条件参考仪器说明书。

4.7.4 分析步骤

开启仪器至稳定后按仪器说明书的操作步骤完成样品分析。

平行测定气体标准样品和样品气至少两次，记录色谱响应值，直至相邻两次测定的相对偏差不大于 10×10^{-2} ，取其平均值。

4.7.5 结果处理

采用峰面积(或峰高)定量，用外标法计算结果。

氮、氧含量的计算采用外标法，按式(2)计算：

$$\phi_i = \frac{A_i(h_i)}{A_s(h_s)} \times \phi_s \quad (2)$$

式中：

ϕ_i ——样品气中被测组分的含量(体积分数)；

$A_i(h_i)$ ——样品气中被测组分的峰面积或峰高，单位为平方毫米或毫米(mm^2 或 mm)；

$A_s(h_s)$ ——气体标准样品中相应已知组分的峰面积或峰高，单位为平方毫米或毫米(mm^2 或 mm)；

ϕ_s ——气体标准样品中相应已知组分的含量(体积分数)。

4.7.6 允许采用其他等效的方法测定电子工业用氧化亚氮中氮和氧含量。当测定结果有异议时，以 4.7 规定的方法为仲裁方法。

4.8 气体标准样品

一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氮和氧组分含量的体积分数为 $(1\sim 5) \times 10^{-6}$ ，平衡气为氮或其他气体。

4.9 一氧化氮含量的测定

4.9.1 纯度的体积分数不低于 99.997×10^{-2} 的氧化亚氮中一氧化氮的测定。

4.9.1.1 仪器

采用化学发光的方法来测定氧化亚氮中的一氧化氮。检测器装有一个可读出二氧化氮衰变发光的光电倍增管，检测器有可调的衰减器、零点和跨度调节器，并安装有一台臭氧发生器。

本方法不测定氧化亚氮中的二氧化氮杂质。

检测限的体积分数： 0.1×10^{-6} 。

4.9.1.2 测定条件

零气：纯氩，含一氧化氮的体积分数小于 0.01×10^{-6} 。

送入臭氧发生器的氧气，含一氧化氮的体积分数应小于 0.01×10^{-6} 。

官方电话：400-1882-51

GB/T 14600—2009

5.2.4 液体可能引起冻伤。该物质可能对中枢神经系统有影响，导致意识降低。冻伤时，用大量水冲洗，不要脱去衣服。给予医疗护理。

5.2.5 长期或反复接触的影响：该物质可能对骨髓和末梢神经系统有影响。可能造成人类生殖或发育毒性。

5.2.6 2005年美国政府工业卫生学家会议规定：

5.2.7 接触限值的体积分数： 50×10^{-6} （时间加权平均值）。最高容许浓度的体积分数： 100×10^{-6} ， 180 mg/m^3 。

注：时间加权平均接触限值：正常8小时工作日或40小时工作周的时间加权平均浓度。

5.2.8 泄漏时，撤离危险区域！保持通风。如果是液体，不要用锯末或其他可燃吸收剂吸收。切勿直接向液体上喷水。个人防护用具：自给式呼吸器。

5.2.9 使用时需用导管引出室外排放。

5.2.10 氧化亚氮生产企业应为用户提供安全技术说明书。



官方电话：400-1882-51

GB/T 14600—2009



尚澜能源

SHANGLAN ENERGY

中华人民共和国
国家标准
电子工业用气体 氧化亚氮
GB/T 14600—2009

*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*
开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 13 千字
2009 年 12 月第一版 2009 年 12 月第一次印刷

*
书号：155066·1-39314 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权所有 侵权必究
举报电话：(010)68533533



GB/T 14600-2009

打印日期：2010年3月26日 F047